[Fiche technique]

Attelle cervico-thoracique Ked Ferno

Réf. 509050

Attelle cervico-thoracique Ked Ferno pour extraction en position assise
Immobilisation totale de l'axe tete cou tronc

Attelle cervico thoracique Ferno : pour une immobilisation des victimes d'accident.

La pose d'un immobilisateur de rachis et de thorax est indispensable lorsque la personne souffre d'un traumatisme du rachis cervical ou vertébral. Les secouristes peuvent extraire et dégager la victime en toute sécurité.

Convient parfaitement pour les interventions de secours en milieu périlleux ou spéléo, les accidents de la route...

Composition de l'attelle cervico-thoracique Ked pompier :

- Attelle principale conçue en tissu nylon enduit de vinyle permettant un nettoyage aisé.
- Lattes
- 1 sangle frontale de maintien
- 1 sangle mentonnière de maintien
- 3 sangles de portage
- Coussin pour la nuque
- 1 sac de rangement pour faciliter le transport.

Les pièces détachées telles que les sangles de menton peuvent être commandées à l'unité sur notre site.

Découvrez notre large gamme d'attelle de ked.

En quête d'une attelle à dépression ? Nous l'avons en stock sur smsp.fr.

L'act vs d'autres dispositifs partiels d'immobilisation

L'attelle cervico-thoracique KED Ferno se distingue nettement d'autres moyens d'immobilisation plus limités ou partiels, qui ne permettent pas un maintien global du rachis en position assise, notamment :

- Le collier cervical seul : il immobilise uniquement la région cervicale, sans stabiliser le tronc ni les épaules. Il n'empêche pas les mouvements du torse et n'offre pas de maintien latéral ou vertical du rachis thoracique.
- La ceinture pelvienne et les sangles de maintien thoracique peuvent limiter les mouvements du bassin ou du torse. Cependant, elles ne garantissent pas un bon alignement du cou ni un soutien vertical complet.

- Le plan dur (spineboard) : adaptée à l'immobilisation en position allongée, elle ne permet pas la stabilisation correcte d'une victime en position assise (dans un véhicule, par exemple) avant extraction.
- Le matelas à dépression : très efficace une fois la victime allongée, mais difficile à positionneravant extraction, notamment en milieu exigu.

Cas d'usage d'une immobilisation en position assise (hors véhicule)

La pratique la plus courante, pour l'act pompier, est l'extraction de l'habitacle d'une voiture lors d'un accident routier mais l'attelle cervico-thoracique de type KED Ferno est particulièrement adaptée dans d'autres contextes :

1. Milieux souterrains ou spéléologiques
    - Victime consciente coincée dans une galerie étroite ou un puits.
    - Immobilisation nécessaire avant une extraction verticale ou en rampant.
2. Chutes dans des escaliers ou zones étroites
    - Intervention dans des cages d'escalier, greniers, sous-sols ou combles.
    - Victime retrouvée assise, avec suspicion de traumatisme cervical ou dorsal.
3. Accidents sur bateaux, navires ou en milieu maritime
    - Cabines exiguës ou locaux techniques où la position allongée est impossible.
    - Immobilisation préalable avant évacuation par brancard ou civière marine.
4. Ascenseurs bloqués ou espaces techniques confinés
    - Victime coincée dans un ascenseur ou un local technique inaccessible en brancard.
    - Nécessité de stabiliser le rachis en position assise avant désincarcération.
5. Environnements industriels confinés
    - Silos, cuves ou machines fermées où l'allongement est impossible.
    - Extraction verticale ou latérale nécessitant une immobilisation stable du tronc et du cou.
6. Transports collectifs (train, bus, tramway)
    - Victime blessée en position assise dans un couloir ou un siège fixe.
    - Accès difficile pour une planche dorsale ; maintien sécurisé avant évacuation.
7. Véhicules professionnels ou engins spéciaux
    - Cabines de tracteurs, chariots élévateurs, grues ou engins forestiers.
    - Immobilisation nécessaire dans un espace étroit avant extraction contrôlée.

Informations complémentaires

Avantage : Dispositif de dégagement et d'immobilisation d'une grande souplesse.
Souplesse horizontale pour se mettre tout autour du blessé qui permet au sauveteur de dégager plus rapidement et plus efficacement le blessé.
Placé haut sous les aisselles avec des sangles de poitrine qui maintiennent confortablement le blessé, le Ked limite les mouvements de la victime et minimise le risque d'aggravation des blessures de l'aine.
Les côtés réglables et repliables permettent un accès facile à la poitrine du patient.
Peut être utilisé pour plusieurs tailles de patients, y compris les enfants et les femmes enceintes

Caractéristiques techniques

Marque	Ferno
Dimensions	Plié en housse : 83 x 28 x 8 cm
Caractéristiques produit	Dimensions pliée en housse (Lxlxh) : 83 x 28 x 8 cm
Composition de l'ensemble	Attelle principale en tissu nylon enduit de vinyle Sangle frontale de maintien Sangle mentonnière de maintien 3 sangles de portage Coussin de nuque
Couleur	Vert
Stérile	Non sterile
Conforme 10g	Non
Matière	nylon enduit de vinyle
Poids	3 kg
Charge maximale admissible	227
Livré avec	Sac de transport
Garantie	12
Classification	Dispositif medical de classe 1
Partie du corps	
Code SH	9021101000
Quelle fonctionnalité recherchez vous?	Souple
Quelle configuration du produit recherchez-vous?	A l'unité
Etanche	Non
Poids du produit	3
Accessoires et Consommables	Réf. 509052 - Coussin pour attelle cervico-thoracique Ferno Réf. 4919 - Sangles mentonnière et frontale pour ACT Ked Ferno

Photos

Attelle cervico-thoracique Ked Ferno pour immobilisation de la colonne vertébrale

Attelle cervico-thoracique Ked Ferno réutilisable

Attelle cervico-thoracique Ked Ferno cas d'usages

dimension de l'attelle cervico-thoracique Ked Ferno