[Fiche technique]

Analyseur monoxyde de carbone expiré Micro Co

Réf. 291301

Analyseur monoxyde de carbone expiré Micro Co

Détecte le monoxyde de carbone dans l’air que le patient expire grâce à une cellule électrochimique.
Les valeurs s'affichent instantanément avec une précision de 1 PPM. Le dépistage est facile et rapide.

Détection par cellule électrochimique du monoxyde de carbone dans l’air expiré (en CO ppm) et du monoxyde de carbone dans le sang (% de HBCO)
Changement de mode par le bouton-poussoir.

3 indicateurs lumineux de couleur : permet de signaler rapidement le niveau atteint.
Alarme de haut niveau et d’anomalies.

Informations complémentaires

Fonction compte à rebours automatique (configurable sur PC grâce au logiciel COBRA).
Fonction d’autozéro.
Calibration réalisable par l’utilisateur.
Durée de vie du capteur : environ 2 ans (selon les concentrations mesurées).
Diamètre des embouts cartonnés : intérieur 20 / extérieur 22.
Température de stockage : - 20° à + 70°C.
Température d’utilisation : 15 à 25°C.
Humidité relative : 15 à 90 %.

Caractéristiques techniques

Dimensions	17 x 6 x 2,6 cm
Caractéristiques produit	Fonction compte à rebours automatique (configurable sur PC grâce au logiciel COBRA). Fonction d'autozéro. Calibration réalisable par l'utilisateur. Durée de vie du capteur : environ 2 ans (selon les concentrations mesurées). Diamètre des embouts cartonnés : intérieur 20 / extérieur 22. Température de stockage : - 20° à + 70°C. Température d'utilisation : 15 à 25°C. Humidité relative : 15 à 90 %.
Couleur	Noir, Gris, Blanc
Alimentation	Pile de 9 V 6LR61
Conforme 10g	Non
Unité de vente	A l'unité
Poids	180 g
Autonomie	30 heures en continu
Livré avec	1 mallette de transport, 4 embouts cartonnés, 1 adaptateur pour embout de 22 mm avec clapet de non-retour, 1 adaptateur de calibration 22 mm, 1 pile PP3 et 1 outil de calibration
Garantie	3 ans
Instructions d'utilisation	Attendre que l'appareil gagne une température normale avant de l'utiliser. Insérer l'embout plastique avec valve sur le microCO. Insérer un embout carton à usage unique. Mettre en marche : dès que le signal sonore retentit, dites à votre patient d'inspirer profondement et de garder son souffle durant 20 secondes, puis faire souffler le patient très lentement et profondément pendant 10 secondes.
Entretien	L'adaptateur d'embout doit être nettoyé avec une solution légèrement détergente.
Classification	Dispositif medical de classe 2a
Partie du corps	
Code SH	9018199000
Référence fabricant (MPN)	MICROCO
Accessoires et Consommables	Réf. 291302 - 100 embouts carton pour pour détecteur de monoxyde de carbone micro CO