



[Fiche technique]

Tuyau de vide bocal serres pour aspirateur de mucosité Laerdal LSU

Réf. 303405

Pièce de remplacement pour Laerdal LSU

Jetez un coup d'oeil à l'[aspirateur de mucosité Laerdal LSU](#).

Caractéristiques techniques

Marque	Laerdal
Dimensions	Longueur 15.6 cm
Couleur	Transparent
Gamme	LSU
Utilisation	Réutilisable
Stérile	Non Stérile
Poids	22 g
Instructions d'utilisation	Vérifier que la tubulure du connecteur de vide Serres est correctement reliée au LSU et au bocal
Entretien	Nettoyez la tubulure du connecteur de vide Serres en l'essuyant à l'aide d'un chiffon humide ou d'une éponge. Ne pas autoclaver ni tenter de démonter. La tubulure du connecteur de vide Serres doit être régulièrement remplacée
Classification	Dispositif médical de Classe 2a