[Fiche technique]

Tuyau de vide bocal serres LSU

Réf. 303405

Pièce de remplacement pour Laerdal LSU

Jettez un coup d'oeil à l'aspirateur de mucosité Laerdal LSU.

Caractéristiques techniques

Marque	Laerdal
Dimensions	Longueur 15.6 cm
Couleur	Transparent
Gamme	LSU
Utilisation	Réutilisable
Stérile	Non Stérile
Conforme 10g	Non
Unité de vente	A l'unité
Poids	22 g
Instructions d'utilisation	Vérifier que la tubulure du connecteur de vide Serres est correctement reliée au LSU et au bocal
Entretien	Nettoyez la tubulure du connecteur de vide Serres en l'essuyant à l'aide d'un chiffon humide ou d'une éponge. Ne pas autoclaver ni tenter de démonter. La tubulure du connecteur de vide Serres doit être régulièrement remplacée
Classification	Dispositif medical de classe 2a
Partie du corps	
Code SH	90189000
Référence fabricant (MPN)	781204